



**Mikrobiológiai Jártassági Körvizsgálat 2023.**  
**Klinikai-járványügyi bakteriológia**  
**Értékelési szempontok**

1) Hibátlan tenyésztési eredmény, eredménykiadás és interpretáció: **baktériumonként 5 pont**

Hibák:

- Ki nem tenyésztett baktériumok: baktériumonként -5 pont
- Megfelelő mintatípus esetében az anaerob diagnosztikai vizsgálat elmaradása: -1 pont
- A mintában eredetileg nem szereplő baktérium kitenyésztése: -3 pont
- Izolálja a baktériumot, de helytelenül szennyezésnek tartja, és nem foglalkozik vele: -4 pont
- Téves identifikálás baktériumonként species szintű: -1 pont
- Téves identifikálás baktériumonként genus szintű: -3 pont
- A szükséges megjegyzés elmaradása: -1 pont
- Az eredmény pontatlan közlése: -1 pont

2) Hibátlan antibiotikum érzékenységi vizsgálati eredmény: **baktériumonként ajánlott minden 4 antibiotikum érzékenységi vizsgálatra 5-5 pont**

Hibák:

- Korongdiffúzió esetén 4 mm-nél nagyobb eltérés a referencia laboratórium eredményétől, antibiotikumonként -1 pont
- MIC vizsgálat esetén 2 hígítási foknál nagyobb eltérés, antibiotikumonként -2 pont.
- É helyett M, és M helyett R: antibiotikumonként -1 pont
- R helyett M, M helyett É vagy É helyett R eredmény kiadása: antibiotikumonként -2 pont
- R helyett É eredmény kiadása: antibiotikumonként -3 pont
- Az eredmény helytelen interpretációja esetén a fentiek figyelembe vételével: -1 vagy -2 pont
- A terápiában szóba jöhető, vagy a diagnosztikában kívánatos antibiotikum vizsgálatának hiánya: -1 pont
- Antibiotikum érzékenységi vizsgálatban/értékelésben eltérés a hivatkozott módszertani ajánlástól: -1 vagy -2 pont
- Fel nem ismert járványügyi és/vagy terápiás célból jelentős rezisztencia mechanizmus: -4 pont

A plusz pontok nem számítanak bele a minősítésbe, csak jelzés értékűek.

Összesített eredmény:	90% - 100% kitűnő
	80% - 89% jó
	70% - 79% közepes
	60% - 69% elégséges
	59% alatt elégtelen

(tört szám esetében felfelé kerekítés történik a pontszámításnál)

Amennyiben az egyik résznél nem éri el a laboratórium a lehetséges maximum pontszám 51%-t, akkor egy kategóriával rosszabb minősítést kap.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT  
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

---

**Elérhető maximum pontszámok:**


**2023/KK2**

- Hibátlan tenyésztési eredmény: **5 pont**
- Hibátlan antibiotikum érzékenységi vizsgálati eredmény: **10 pont**


Összesített eredmény:

- 14-15 pont: kitűnő
- 12-13 pont: jó
- 10-11 pont: közepes
- 8-9 pont: elégséges
- 8 pont alatt: elégtelen

Budapest, 2023. november 02.

  
Dr. Tóth Ákos  
szakmai irányító



  
Dr. Damjanova Ivelina  
osztályvezető