

verzió:

20171201

Has-Kismedence			
Protokoll	<b>Vese II/B. Tumor kontroll - kontraszt</b>		
Indikáció	Vesetumor komplett rezekciója esetén		
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.		
	<b>per os</b>	1 liter víz 20-30 perc alatt	
	<b>per rectim</b>		
	<b>i.v.</b>	<b>Késő Artériás</b>	<b>Nefrográfias</b>
	<b>mennyiség (ml)</b>	100	
	<b>sebesség (ml/s)</b>	4-5	
	<b>Só mennyiség (ml)</b>	30-50	
	<b>késleltetés (s)</b>	+10	100
	<b>bolus tracking helye</b>	aorta	

Mérések

	<b>Fázisok</b>	<b>Késő Artériás</b>	<b>Nefrográfias</b>
	Vizsgálandó terület	rekeszkupulától-a crista iliaca szintjéig.	Has-Kismedence
Rekonstrukciók, képanyag	Felirat/label	<b>Artériás</b>	<b>Nefrográfias</b>
	Ablak	<b>Lágyrész</b>	<b>Lágyrész</b>
	Szeletvastagság	2-3 mm	2-3 mm
	Increment		
	Irány	AXI+ COR+SAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Soft
	Típus	MPR	MPR

- Megjegyzés
1. A magas adagolási sebesség és a nagy mennyiségű kontrasztanyag adása egyaránt fontos.
  2. **Staging keretében elvégezhető a mellkas vizsgálata is melyet ilyenkor a nephrográfias fázisban javasolt elkészíteni**

Irodalom