

verzió:

20171201

Has-Kismedence		
Protokoll	Vesekő - kontraszt	
Indikáció	Vesekő gyanúja, vese üregrendszer, ureter, hólyag állapota	
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel	
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.	
	per os	
	per rectim	
	i.v.	Natív
	mennyiség (ml)	Késői 70-80
	sebesség (ml/s)	2,5-3
	Só mennyiség (ml)	20-30
	Só sebesség (ml/s)	2,5-3
	késleltetés (s)	350-420
	bolus tracking helye	

Mérések

	Fázisok	Natív	Késői
	Vizsgálandó terület	Vesék tetejétől a húgyhólyag aljáig.	

Rekonstrukciók,
képanyag

	Felirat/label	Natív	Késői
	Ablak	Lágyrész	Lágyrész
	Szeletvastagság	3-5 mm	3-5 mm
	Increment		
	Írány	AXI+COR+SAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Soft
	Típus	MPR	MPR, MIP ⁽¹⁾

Megjegyzés

1. MIP coronalis rekonstrukciók pl 10/3 mm segíthetnek kisebb köve megtalálásában.
2. A gyártó által javasolt "low-dose" vagy helyileg optimalizált paraméterek használatával a standard beállítású vizsgálat CTDI_{vol} érték kb 1/5-e érhető el.
3. Készüléktől függően végezhető kiegészítő dual energy(spektrális) módú mérés a kő összetételének meghatározására.

Irodalom