

verzió:

20171201

Neuro

Protokoll	Koponya - kontrasztos		
Indikáció			
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.		
	per os		
	per rectim		
	i.v.	Natív	Kontraszt
	mennyiség (ml)		50-100 ml
	sebesség (ml/s)		nem lényeges
	Só mennyiség (ml)		
	késleltetés (s)		3-5 perc
	bolus tracking helye		

Mérések

	Fázisok	Natív	Kontrasztanyag
	Vizsgálandó terület	Koponyatető-koponyabázis	
Rekonstrukciók, képanyag	Felirat/label	Natív	Kontraszt
	Ablak	Agyi ablak	Agyi ablak
	Szeletvastagság	3-5	3-5
	Increment	25-50%	25-50%
	Irány	AXI	AXI
	Kernel/Filter	Soft	Soft
	Típus	MPR	MPR

- Megjegyzés**
- Amennyiben a CT készülék alkalmas rá a vizsgálat végezhető döntött gantryvel az orbitomeatalis síkra döntve.
 - Az axialis síkú rekonstrukciókat az orbitomeatalis síkban kell elkészíteni.

Irodalom