

<b>OENO:</b>	31820
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Térd, kétirányú felvétel
<b>Indikáció:</b>	A térdízület állapotának megítélése.
<b>Blende határok:</b>	Felső széle a combcsont distalis harmada, alsó széle a lábszár proximális harmada, oldalsó széle a laterális lágyrészhatárok.
<b>Anatómiai képletek:</b>	térdízület, a femur distalis része, a tibia és fibula proximális rész
<b>Képméret:</b>	18 × 24 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	AP: patella alá 1 h. ujjal az ízületi résre Oldal: patella alá 1 h. ujjal az ízületi részre, nem a patellára
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	AP: ülő vagy álló (terheléses térd) testhelyzet, lazán nyújtott térd, egész végtag minimálisan berotált, hossz tengelye a detektor középvonalában, ízületi rés a detektor közepén. Oldal: a térdízület ábrázolásakor beteg a vizsgálandó oldalán fekszik, femur hossz tengelye az asztal középvonalában, a térdízület 45 fokos flexióban.
<b>Felvételi követelmény:</b>	AP: a térdízület elfordulás nélkül ábrázolódjon. A patella a femurra vetüljön. A tibia prox. vége részben vetüljön rá a fibula fejecskére. Oldal: a térdízület oldalnézetben ábrázolódjon, amit a femur-condylusok egymásra vetülése igazol. A tibia proximális része kissé vetüljön rá a fibulafejecskére. A patella oldalról látszódjon, a PF rész jól ábrázolódjon
<b>Megjegyzés:</b>	Friss sérültnél az oldalirányú felvétel készülhet háton fekvő, kifordított csővel, vízszintes sugáriránnyal a felvétel. Oldaljelzés, gonádvédelem.