

OENO:	31601
Protokoll (OENO megnevezés):	Sterno-clavicularis ízületi felvétel
Indikáció:	A ízület állapotának megítélése.
Blende határok:	
Anatómiai képletek:	Mindkét oldali sternoclavicularis ízület.
Képméret:	18x24 cm, keresztben
FFT:	60-100 cm
Centrális sugár:	A röntgencsővet először a hát középvonalában állítjuk be, hogy 5-10 fokos caudo-cranialis döntéssel a fősugár a sternoclavicularis ízületre célozzon. Ezután a csövet 6 cm-re jobbra toljuk és elkészítjük az első felvételt. A második felvételnél (ugyanarra a filmre is készíthetjük) a csövet balra toljuk, a középvonaltól 6 cm távolságra. A beteg mozdulatlanul fekszik, de felületesen lélegezhet.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg hason fekszik vagy szemben áll az állvánnyal. A sternoclavicularis ízületet a gerinc, a nagyerek és az I. borda sternalis vége fedi el, ezért ezek árnyékának elvetítésére a beteg oldalát emeltetjük el és a gerinc mellé centrálunk.
Felvételi követelmény:	Régen a Zimmer-féle összehasonlító kettős kontakt felvételt alkalmazták. Hátránya: a rövid fókuszbőr távolság miatt nagy a belépő sugárdózis, ezért a bőrsérülés veszélye miatt nem ajánlatos a felvételek gyakori megismétlése.
Megjegyzés:	Gonádvédelem, oldaljelzés.